

CT 用造影剤注入装置保守点検業務 仕様書

宇和島市立吉田病院における当該機器の保守点検について、宇和島市立吉田病院を「甲」、点検業者を「乙」として、次のとおり仕様を定め、点検業務を行う。

記

第 1 対象機器

製造会社：株式会社根本杏林堂

機器名称：CT 用造影剤注入装置 オートエンハンス A-800(製造番号 JCA00113)

台数：1 台

設置場所：宇和島市立吉田病院放射線科

取得年度：2012 年 10 月

第 2 定期法令点検

1 項 定期法令点検(以下「点検」)の回数は対象装置 1 台につき 1 回／年とし、実施日時は事前に協議すること。

2 項 点検の作業資格を乙により認定された技術者が技術資料に従い、下記項目に関する点検を行うこと。

点検内容	外観点検
	電氣的安全性点検
	機能点検
	性能点検
	摩耗・劣化・破損部品の交換

3 項 上記 2 項の作業実施後、認定された技術者が技術資料に従い、連動接続した状態で対象装置の稼働調整を行うこと。

4 項 上記 3 項の対象装置の稼働調整の結果、合格した場合は作業完了とし作業の報告を行う。また、対象装置の稼働調整の結果、不合格の場合は上記 2 項及び 3 項の作業を行うものとし、合格するまでこれを継続すること。

5 項 実施された点検部品の保証有効期限は、実施日より 1 年間とすること。

第3 ノンストップ修理サービス

1 項 代替え機の提供

- 1 号 動作の不具合等が発生した場合、状態に応じ代替え機にて対応すること。
- 2 号 修理後、速やかに原状復旧させること。

2 項 随時保守(修理)

- 1 号 作業資格を認定された技術者が技術資料に従い、不具合の原因調査、不具合箇所の特定、不具合箇所の修復、稼働調整を行うこと。
- 2 号 対象装置の稼働調整の結果、合格した場合は作業完了とし作業の報告を行うこと。また、対象装置の稼働調整の結果、不合格の場合は上記 1 号の作業を行うものとし、合格するまでこれを継続すること。

第4 テクニカルサポート

- 1 項 専門スタッフにより、機器の操作や使用方法をサポートすること。
- 2 項 専門スタッフにより、注入方法や撮影等の提案をサポートすること。
- 3 項 情報提供サービスにより、Web 等により最新の情報や加入情報等を取得できること。

第5 ソフトウェアサポート

- 1 項 新機能や最新造影プロトコルをサポートすること。

第6 部品の保証

- 1 項 修理や点検時に交換する部品は、販売終了後 7 年間は供給を保証すること。
- 2 項 点検時の修理や部品交換にかかる費用を保証すること。
- 3 項 その他の補用部品(免責品)は無償提供すること。

※免責品は、【別紙】「免責表」を参照

第7 本仕様書に定めない事項については、双方の協議うえ、その都度決定する。

【別紙】 免責表

項目	説明
天井懸垂装置・走行レール	部品の保証は、購入メーカーの保証とする 但し、故障や破損等の調査・報告は実施する。 点検作業等で発生した調整不良、きしみ、ネジの緩み等は保証対象とする。
自然災害	自然災害が原因となる全損・破損・故障 (倒壊、水没、火災等)
施設設備故障	設置場所の設備が原因となる全損・破損、故障 (倒壊、水没、火災等)
その他	契約者以外が原因となる全損・破損・故障 故意に破損・故障を招く使用が原因