

X線テレビシステム保守業務委託契約 仕様書

X線テレビシステムにおける保守業務について次のとおり仕様書を定め業務を委託する。

1. 件名：X線テレビシステム保守業務

2. 対象機器

製造会社：島津メディカルシステムズ株式会社

機器名称及び台数構成：下記、対象装置のとおり

設置場所：宇和島市立津島病院 放射線科

3. 委託期間：令和8年2月1日～令和8年3月31日

4. 契約条件：契約期間中は契約機種が安全かつ正常な運転を維持するための、保守業務を行うこと。保守及び部品交換等メーカーの定める整備項目、標準仕様書に基づき実施すること。

5. 対象装置

装置名	型式名	数量
X線テレビシステム	FLEXAVISION F4	1台
(対象装置内訳)		
X線高電圧発生器	ZUD-L41DS(F4)	1式
透視撮影台	ZS-5DS F4 SA	1式
X線管装置	0.6/1.2P326D-150	1式
FPD装置	AF-B1	1式
可動絞り	R-300	1式
画像処理装置	SDR-150C	1式
スタータ	STARTER SA-42UD	1式
ホトタイマ	APT-XD-A4A	1式
※モニター等の消耗品、特別附属品（据付調整含む）は除く。		
※点検作業は無しとする。		

6. 業務範囲

①契約時間

時間月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。（土日祝及び乙の休日を除く）

24時間オンコール対応、定時内オンサイト対応とすること。

②緊急保守

24時間オンサイトサービスは無しとするが、甲の依頼により対応すること。その

場合は別途見積りとする。

③標準ソフトウェアの提供

標準ソフトウェアは無償で提供すること。

④保守(修理)用部品

X線管装置及び平面検出器（FPD 装置）を除く全ての部品を無償対応すること。

⑤リモートメンテナス及びビデオリモート支援サービス

無し。

⑥プレミアムオプションサービス

無し。

⑦リモートアプリケーションサービス

無し。

⑧SMILE guard サービス

無し。

⑨その他

(1)緊急保守作業は契約時間内で行うこととするが、甲乙協議の上、時間延長、変更等対応すること。

(2)保守(修理)に使用する部品には新品または再整備品を使用すること。

(3)X線管装置、平面検出器（FPD 装置）、モニターや DVD メディア等の消耗品は別途見積りとする。

7. 本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、その都度決定する。