

仕 様 書

- | | | |
|---------|---|-----|
| 1 件名 | 特殊浴槽リース | |
| 2 施設名 | 宇和島市介護老人保健施設 ふれあい荘 | |
| 3 施設所在地 | 宇和島市津島町岩松甲 39 番 1 | |
| 4 契約期間 | 5 年間の長期継続契約（60 ヶ月） | |
| 5 請求方法 | 毎月末日に締め、本体価格に消費税及び地方消費税を加えた金額を月額賃借料とする。 | |
| 6 支払方法 | 毎月提出された支払請求書を審査し、適法と認定したときは、受理した日の翌日から 30 日以内に支払うものとする。 | |
| 7 参考機種 | (株)アマノ フィーノ ※詳細別紙 | |
| 8 数量 | 浴槽（SP110） | 1 台 |
| | ストレッチャー（SP100-ST） | 1 台 |
| | 既存品撤去 | 1 式 |

別紙

<浴槽>

型式/品名	S P 1 1 0 / フィーノ
材質	浴槽：F R P フレーム：スチール+防錆塗装
外形寸法	2150(L)×840(W)×769(H)mm (基準縁高：680 mm)
浴槽内寸法	1854(L)×720(W)×430(D)mm
質量	約 90 k g
電源	D C 6 V 5.2 A h (電池仕様)
給湯・給水	20 A 各 1 本(一次側設備)
浴槽容量	約 450 L
実使用湯量	約 350 L (160cm モデル)
機能・性能	温度調節バルブ、ハンドシャワー1基 高温異常表示、電池交換表示

<ストレッチャー>

型式/品名	S P 1 0 0 - S T / 電動ストレッチャー
外形寸法	1900(L)×950(W)×1280～1780(H)mm
担架面高さ	390～890 mm
質量	約 95 k g
最大積載量	100 k g
電源	D C 24 V 2.5 A h (バッテリー仕様)
昇降装置	電動アクチュエーター
昇降時間	上昇 約 22 秒 / 下降 約 17 秒 (積載量 70 k g)
昇降回数	バッテリー1回充電あたり約 50 回 (積載量 70 k g)
充電時間	約 3 時間(バッテリーの消耗により異なる)
材質	フレーム：ステンレススチール マット：ポリエチレンフォーム
機能・性能	リクライニング(背部：自動 27° 手動 5° 以下/33°) 後輪同時ロック、キャスター径φ125 mm、脱着スライド調節式枕 サイドフェンス、入浴者用手すり、安全ベルト、ベルトパッド リモコン、バッテリーパック、充電器、A C アダプター、昇降メロデ ィー、バッテリー残量表示、バッテリー残量音声アナウンス、足受け

その他要件

- ・ 肢体不自由者等、自力で入浴できない方を簡単に入浴させうること。
- ・ 入浴者にとっての安全な入浴・出浴が、十分に確保されていること。
- ・ 浴槽にガイドレールを装備し、ストレッチャーとのドッキングがスムーズにできると。
- ・ ストレッチャーの昇降が、リモコンで簡単に動作可能であること。
- ・ ストレッチャーのキャスターは双輪で旋回しやすく、後輪同時ロックも可能であること。
- ・ ストレッチャーはスライド式枕や調節可能な足受け等で、身体状態や体型に合わせた姿勢での入浴が可能であること。
- ・ ストレッチャーには大型サイドフェンスを備え、安全性が確保されていること。
- ・ ストレッチャーの昇降動作時にはメロディー等が流れ、動作状況を確認できること。